



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี

ที่ พจ.๑๐๓๒.๑ / ๑๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ของเครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขนแบบอัตโนมัติ

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

๑. ความเดิม

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ที่ ๐๒ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของเครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขนแบบอัตโนมัติ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ

๒.๑ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขนแบบอัตโนมัติ เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ พิจารณากำหนดราคากลางจาก

- ตามหนังสือเวียนของสำนักงานงบประมาณที่ นร.๐๗๓๑.๑/ว๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยสำนักงานงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

- สำหรับในการซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขนแบบอัตโนมัติ ราคาที่ได้มาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ราคาเครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขนแบบอัตโนมัติ ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๒.๓ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคาที่ได้มาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ของสำนักงานงบประมาณ รายละเอียดที่แนบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนิตย อินอ้าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญเชิด ด่วงน่ม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางพรประภา ทับทอง)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

/เรียน

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอ

เห็นสมควรนำเรียน สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง เพื่อได้โปรดอนุมัติ

(๑) ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขนแบบอัตโนมัติ

(๒) ให้ใช้ราคากลางของเครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขนแบบอัตโนมัติ ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

(๓) ให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยราคาที่ได้มาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ของสำนักงบประมาณ ในการจัดซื้อครั้งนี้

(๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี ดำเนินการเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ดังกล่าว เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางดวงใจ โล่นพันธ์)

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

เพื่อโปรดอนุมัติให้ดำเนินการ ตาม (๑),(๒),(๓) และ (๔) ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ และอยู่ในอำนาจของสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

ลงชื่อ..........

(นายสังวร โล่นพันธ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๐๖/๓


(นายทองดี นาควิจิตร)
สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขนแบบอัตโนมัติ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๑

๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้วัดความดันโลหิตโดยการสอดแขนเข้าเครื่องวัดพร้อมกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ก็สามารถวัดความดันโลหิตได้ พร้อมพิมพ์ผลอัตโนมัติ สามารถสอดแขนเพื่อวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา แสดงค่าความดันโลหิตและสามารถคัดกรองผู้ป่วยที่มีอัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอได้

๒ คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ สามารถวัดความดันโลหิตพร้อมชีพจรขณะสอดแขน

๒.๒ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ง่ายในการเคลื่อนย้าย น้ำหนักไม่เกิน ๙ กิโลกรัม

๒.๓ สามารถสอดแขนได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา

๒.๔ สามารถอ่านผลเป็นตัวเลขชัดเจน และมีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้

๒.๕ สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง ๓๐-๒๖๐ มิลลิเมตรปรอท สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจไม่น้อยกว่าระหว่าง ๓๐-๒๐๐ ครั้งต่อนาที

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนิตย อินอ้าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญเชิด ด่วงนึม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางพรประภา ทับทอง)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน