



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐.๕๖๐๓.๙๗๐๙ ต่อ. ๑๒๐

ที่ พจ.๐๐๓๒.๓๐๑./๑๑๖๗ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และกำหนดราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลบึงนาราง ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการสังกัด สปสธ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ พจ.๐๐๓๒.๐๐๑.๒/๑๒๑๕๘
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการจัดซื้อหัวกรอพื้น จำนวน ๑ หัว ตามแผนเงินค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ไม่เกินร้อยละ ๗๐ เพื่อใช้งานในโรงพยาบาลบึงนาราง
ด้วยงบลงทุน (ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๑
รายการ ดังนี้ (ตามบันทึกที่แนบมานี้)

หัวกรอพื้น จำนวน ๑ หัว ๆ ละ ๒๒,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท (สองหมื่น
สองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเจาะจง

ข้อกฎหมาย

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง : การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๑.๑ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้างานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้วย

๑.๒ ข้อ ๒๘ (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง

๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑ หมวด ๖ การจัดซื้อจ้าง ตามมาตรา ๕๖ การจัดซื้อจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐ
เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่

(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓. หนังสือจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.๕.๓๒/ว.๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการ
สังกัด สปสธ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

/๔.หนังสือจาก....

๔. หนังสือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๑.๒/๑๒๑๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องแจ้งแผนงบบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการ สังกัด สปสธ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๕๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลบึงนาราง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ของวัสดุทันตกรรม และดังกล่าวข้างต้น

ข้อเสนอ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. นายกษิตศ เหมณีย์ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

เป็นผู้จัดทำร่างของเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบกรุณาลงนามในคำสั่งที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

นพทกร ภาวศุทธิกุล

(นายนพทกร ภาวศุทธิกุล)

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

นางสุภาวดี

(นางสุภาวดี แต่งอ่อน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

-เห็นชอบตามเสนอของเจ้าหน้าที่

นายมนต์ชัย

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ

ชอบ/อนุมัติ

นายพนม

(นายพนม ปทุมสูติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



คำสั่งจังหวัดพิจิตร

ที่ ๑๑๖๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
ของวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยโรงพยาบาลบึงนาราง ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการสังกัด สปสธ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ พจ.๐๐๓๒.๐๐๑.๒/๑๒๑๕๘
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการจัดซื้อหัวกรอฟัน จำนวน ๑ หัว ตามแผนเงินค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ไม่เกินร้อยละ ๗๐ เพื่อใช้งานในโรงพยาบาลบึงนาราง
ด้วยงบลงทุน (ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๑
รายการ ดังนี้ (ตามบันทึกที่แนบมานี้)

หัวกรอฟัน จำนวน ๑ หัว

เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสมกับ
การใช้งาน จึงจำเป็นต้องจัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุทันตกรรม
ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

๑. นายกษิตศ เหมณีย์ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เป็นผู้จัดทำร่างของเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ

ให้เจ้าหน้าที่ฯ มีหน้าที่จัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และรายงานผลให้ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพนม ปทุมสูติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๐๙ ต่อ ๑๒๐

ที่ พจ. ๐๐๓๒.๓๐๑./๑๑๙๔ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

๑. ความเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุทันตกรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลบึงนาราง

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุทันตกรรม
ดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ โดยใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ในการ
ดำเนินการครั้งนี้ โดยขอรับรองว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบ

๓. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลบึงนาราง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เห็นสมควรใช้ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ รวมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ของวัสดุทันตกรรม ดังกล่าวข้างต้น

๔. ข้อเสนอ

โดยขอใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ในการ
ดำเนินการครั้งนี้ และขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลบึงนาราง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากเห็นชอบขอได้โปรดสั่งการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นายกชิตศ เหมณีย์)

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

(นางสุภาวดี แต่งอ่อน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

-เห็นชอบตามเสนอของผู้จัดทำ



(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ

เห็นชอบ



(นายพนม ปทุมสูติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุทันตกรรมที่จะซื้อหรือจ้าง

รายการวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

ลำดับ	รายการคุณลักษณะวัสดุที่จะซื้อ/จ้าง	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
๑	หัวกรอฟัน	หัว	๑	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				๑๑,๐๐๐

ลงชื่อ กมลวิภา ผู้จัดทำ
(นายกษิตศ เหมณีย์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะ หัวกรอฟัน

๑. ความต้องการ : หัวกรอฟัน
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นหัวกรอความเร็วสูง ใช้กรอฟันในช่องปากมีระบบกำเนิดแสงที่หัวกรอ
๓. คุณสมบัติทั่วไป : หัวกรอความเร็วสูง ใช้กรอฟันในช่องปาก
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๔.๑ เป็นหัวกรอระบบ Ball Bearing ที่มีความเร็วรอบสูงสุด ๓๓๐,๐๐๐ - ๔๓๐,๐๐๐ รอบต่อนาที
 - ๔.๒ ตัวด้ามทำจาก titanium
 - ๔.๓ การถอดหัว Bur เป็นระบบ Push button
 - ๔.๔ มีระบบกำเนิดแสง LED อยู่ในด้ามกรอฟันแบบ E-generator ใช้แรงลมขับเคลื่อนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
 - ๔.๕ ให้กำลังส่องสว่างที่หัวกรอไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ Lux เป็นหลอดแบบ LED
 - ๔.๖ Cartridge เป็นระบบ Ceramic bearing
 - ๔.๗ การ Spray น้ำเป็นแบบ Quattro Spray
 - ๔.๘ ใช้แรงดันลมในการทำงานระหว่าง ๒.๕-๒.๘ kg/cm^๒
 - ๔.๙ สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ (Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด ๑๓๕ องศาเซลเซียส
 - ๔.๑๐ สามารถบำรุงรักษา และทำความสะอาดด้วยน้ำมัน Hi-Clean Spray
 - ๔.๑๑ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ๑ ชุด
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี

ลงชื่อ กมลไพ ผู้จัดทำ
(นายกษิตศ เหมณีย์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ