



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

ที่ พจ.๑๐๓๒/๑๙

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

๑. ความเดิม

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ที่ ๓๓...../๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง เครื่อง ๆ ละ ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ

๒.๑ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ พิจารณากำหนดราคากลางจาก

- ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๒.๓ แหล่งที่มาของราคากลาง

- บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด

- บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด


สำหรับการซื้อการจ้างกำหนดราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

จากเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง เครื่อง ๆ ละ ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

/๒.๓

๒.๓ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคาที่ได้มาจากราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด รายละเอียดที่แนบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสังวร โล่นพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายบุญเชิด ด้วงนึม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายกฤษณะ คมเสวด)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอ


เห็นสมควรนำเรียน สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง เพื่อได้โปรดอนุมัติ

(๑) ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิตอล พร้อมทั้งวัดส่วนสูง

(๒) ให้ใช้ราคากลางของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิตอล พร้อมทั้งวัดส่วนสูง เครื่อง ๆ ละ ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(๓) ให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ในการจัดซื้อครั้งนี้

(๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ดำเนินการเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ดังกล่าว เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางพรประภา ทับทอง)


ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นายชัยยุทธ กล้าสกุล)


/เรียน...

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

เพื่อโปรดอนุมัติให้ดำเนินการ ตาม (๑),(๒),(๓) และ (๔) ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ
และอยู่ในอำนาจของสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐกรณ์ จินาพรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายทองดี นาควิจิตร)
สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน พร้อมที่วัดส่วนสูง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

๑.ความต้องการ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูงแบบนอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒.วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กทารกในสถานพยาบาล

๓.คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบนอน

๓.๒ ใช้พลังงานแบตเตอรี่ขนาด ๙ โวลต์(แถม Adaptor)

๓.๓ ถาดชั่งสำหรับให้เด็กนอนทำจากพลาสติก ABS ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ x ๒๕๐ x ๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ขนาดพิกัดไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลกรัม ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐ กรัม

๔.๒ สามารถชั่งได้ทั้งในรูปแบบหน่วยกิโลกรัม(kg.) และปอนด์(lb)

๔.๓ จอแสดงผล LCD เป็นตัวเลขสูงไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร อ่านง่าย และเห็นชัดเจน

๔.๔ มีโปรแกรมชั่งน้ำหนัก TARE (หักค่าภาชนะ) และ HOLD(ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก)

๔.๕ มีสเกลสำหรับวัดความสูงของเด็กขณะนอนได้ตั้งแต่ ๐-๕๖ เซนติเมตร หรือดีกว่า และมีความละเอียดไม่มากกว่า ๑ มิลลิเมตรโดยบวกค่าที่วัดได้ทั้งสองด้านรวมกัน(ซ้ายและขวา)

๔.๖ มีสัญลักษณ์เตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

๔.๗ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๓ นาที เครื่องจะปิดอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน


๔.๘ ขาตั้งเครื่องสามารถปรับระดับได้

๔.๙ ได้รับมาตรฐาน ISO9001

๔.๑๐ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

- 


- 

- 


/๕.....

๕.เงื่อนไขเฉพาะ


- ๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับจริง ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันตรวจรับ
- ๕.๔ มีคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) มอบให้พร้อมเครื่องอย่างละ ๒ ชุด(ฉบับจริงอย่างน้อย ๑ ชุด)
- ๕.๕ บริษัทต้องแนะนำวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่อง และสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๕.๖ ในระยะประกันต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพเครื่องและการทำงานของเครื่องทุก ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใดๆจากการใช้งาน ผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ หากแก้ไขแล้ว ๒ ครั้งและเครื่องยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องที่มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ามาสำรองใช้แทนภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือมีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น


(นายสังวร โลงนพันธ์)

ประธานกรรมการ


(นายบุญเชิด ด้วงนึม)

กรรมการ


(นายกฤษณะ คมเสวต)

กรรมการและเลขา